

# INFORMATION

No. 2411-41

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、下記の項目において、採取容器の変更をさせていただきます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど宜しく  
お願い申し上げます。

謹白

記

### ■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
1078	塩基性フェトプロテイン (BFP)	採取容器		
			容器番号 B (新容器番号:A02) 汎用容器(分離剤なし) 容量:9.0 mL	容器番号 A (新容器番号:A01) 汎用容器 容量:8.5 mL
		備考	溶血検体、分離剤入り 容器では高値となる場 合が考えられます。	溶血不可

### ■変更日

随時新容器への変更とさせていただきます。

株式会社 武蔵臨床検査所

\* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8  
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659  
URL <http://www.e-musashi.co.jp>